

Θεσσαλονίκη 27/2/2024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310892713

email : paraggelies@ippokratis.gr

ΠΛΗΡ.: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 890 / 2024

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

Αναλυτικότερα :

2-1311990340 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 24G ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙ:
ΒΑΛΒΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

α) Διπλοκωνικό άκρο για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή του καθετήρα στο αγγείο, β) ακτινοσκοπική κατασκευή από F.E.P. Teflon, για να ελαχιστοποιεί τη δημιουργία ενδοαγγειακών ερεθισμών, γ) εσωτερική βελόνα σιλικονοαρτισμένη διπλής λοξότμησης για απαλή εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα, δ) δακτυλολαβή στο άνω τμήμα του επιστομίου, για την εύκολη προώθηση του καθετήρα κατά την εισαγωγή του, που να λειτουργεί και ως δείκτης της λοξότμησης της βελόνας ως δείκτης κατεύθυνσης της βελόνας, ε) επιστόμιο με χρωματικό κώδικα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για την αναγνώριση του διαμετρήματος του τοποθετημένου καθετήρα, στ) υποδοχή luer lock για ασφαλείς συνδέσεις χωρίς διαρροές, ζ) διαφανή υποθάλαμο, για την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του αίματος, η) πώμα με αεραγωγό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας, για την ταχεία και χωρίς διαρροές, παλινδρόμηση του αίματος, θ) Διάμετρο καθετήρα 24 G, ι) Διάμετρο βελόνα 26 G, κ) Μήκος καθετήρα 19 mm, λ) Εξωτερική διάμετρο καθετήρα 0,8 mm, μ) Εσωτερική διάμετρο καθετήρα 0,55 mm, ν) Όγκο εξαέρωσης 0,02 ml, ξ) Ταχύτητα ροής 25 ml/min, ο) Χρώμα επιστομίου κίτρινο, π) Ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθερος λάτεξ (LATEX FREE) και ελεύθερος πλαστικοποιητών (DEHP FREE), ρ) Να κατατεθεί έντυπο του κατασκευαστικού οίκου και 5 δείγματα.

2-1311990339 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 26G ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙ:
ΒΑΛΒΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

α) Διπλοκωνικό άκρο για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή του καθετήρα στο αγγείο, β) ακτινοσκοπική κατασκευή από F.E.P. Teflon, για να ελαχιστοποιεί τη δημιουργία ενδοαγγειακών ερεθισμών, γ) εσωτερική βελόνα σιλικονοαρτισμένη διπλής λοξότμησης για απαλή εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα, δ) δακτυλολαβή στο άνω τμήμα του επιστομίου, για την εύκολη προώθηση του καθετήρα κατά την εισαγωγή του, που να λειτουργεί και ως δείκτης της λοξότμησης της βελόνας ως δείκτης κατεύθυνσης της βελόνας, ε) επιστόμιο με χρωματικό κώδικα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για την αναγνώριση του διαμετρήματος του τοποθετημένου καθετήρα, στ) υποδοχή luer lock για ασφαλείς συνδέσεις χωρίς διαρροές, ζ) διαφανή υποθάλαμο, για την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του αίματος, η) πώμα με αεραγωγό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας, για την ταχεία και χωρίς διαρροές, παλινδρόμηση του αίματος, θ) Διάμετρο καθετήρα 26 G, ι) Διάμετρο βελόνα 28 G, κ) Μήκος καθετήρα 19 mm, λ) Εξωτερική διάμετρο καθετήρα 0,6 mm, μ) Εσωτερική διάμετρο καθετήρα 0,4 mm, ν) Όγκο εξαέρωσης 0,016 ml, ξ) Ταχύτητα ροής 15 ml/min, ο) Χρώμα επιστομίου λευκό, π) Ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθερος λάτεξ (LATEX FREE) και ελεύθερος πλαστικοποιητών (DEHP FREE), ρ) Να κατατεθεί έντυπο του κατασκευαστικού οίκου και 5 δείγματα.

Σημειώνεται :

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ipprokratio.gr.

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.